

Oramo 2 b f -センサーシート I タイプ自主回収のお知らせ

弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

今秋より発売を開始いたしました口腔機能モニターOramo 2の付属品「b f -センサーシート I タイプ」を使用した場合に、届出した計測精度を逸脱する可能性があることが判明いたしました。

つきましては、対象シリアル番号のセンサーシート I タイプを自主的に回収し、代替品と交換させていただきます。

当該製品の出荷先については、全て把握しております、回収のご連絡を進めておりますが、念のため、本ページでもお知らせいたします。

お客様には大変なご迷惑とお手数をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

【一般名称及び販売名】

一般的名称： 歯科用咬合力計

販売名 : b f -センサーシート I タイプ

【対象となるシリアル番号及び出荷時期】

対象シリアル番号 : Ibf2590003～Ibf2590010, Ibf2590015～Ibf2590020,
Ibf25X0001～Ibf25X0013, Ibf25X0015～Ibf25X0058,
Ibf25X0060～Ibf25X0193, Ibf25X0195～Ibf25X0203,
Ibf25X0234～Ibf25X0259, Ibf25X0263, Ibf25X0264,
Ibf25X0284～Ibf25X0443, Ibf25X0446～Ibf25X0456

出荷年月日 : 2025. 10. 03 ~ 2025. 11. 20

合計 : 413枚

【本件に関する窓口】

回収及び代替品との交換につきましては、お買い求めの販売商社様にお問い合わせください。

その他、製品等に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

愛知県小牧市東三丁目1番地

住友理工株式会社 ライフイノベーション事業室

電話番号 : 0568-77-2975 (9:00～17:00)